



Štev.: 6416-4/2025/6
Datum: 30. 9. 2025

Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje (v nadaljevanju: Urad) izdaja na podlagi 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 - UPB1), ter prvega odstavka 6. člena in prvega odstavka 8. člena Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06 in 64/08 in 27/17, v nadaljevanju: pravilnik) v postopku spremembe obsega imenovanja pravne osebe za izvajaje overitev na zahtevo LOTRIČ meroslovje d. o. o., Selca 163, 4227 Selca, ki ga v postopku zastopa direktorica Maja Brelih Lotrič (v nadaljevanju: imenovana oseba) naslednjo

ODLOČBO O IMENOVANJU

1. S to Odločbo se nadomesti Odločba Urada o imenovanju št. 6416-2/2023/11 z dne 28. 2. 2023 tako, da je celotni obseg imenovanja naslednji:

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po razredih točnosti: (I) do 35 kg, (II) do 550 kg, (III) do 100 t, (III) do 100 t Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ in nima vgrajene funkcije za interno naravnavanje samo na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16 in 98/23) Priloga 8: Avtomatske tehtnice (MI-006), II. Poglavje: Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe
Avtomatske gravimetrično polnilne tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8: Avtomatske tehtnice (MI-006) III. Poglavje: Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	Nosilnost tehtnic do 2 t. Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.

Tehtnice za gradbene namene	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8, Avtomatske tehtnice (MI-006)	Nosilnost tehtnic do 10 t. Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Uradni list RS, št. 20/02)	V laboratoriju: M2: 100 mg do 20 kg, M1: 1 mg do 20 kg, F2: 1 mg do 20 kg, F1: 1 mg do 20 kg, E2: 1 mg do 500 g. Na terenu: M2: 100 mg do 20 kg, M1: 100 mg do 20 kg
Uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5000 kg	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5000 kg (Uradni list RS, št. 20/02)	Na terenu: Uteži 500 kg za $n = 5000$.
Merila za merjenje izpušnih plinov vozil	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 12: Merilniki izpušnih plinov (MI-010)	Overitev meril samo na mestu uporabe.
Merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig (Uradni list RS, št. 106/01)	Overitev meril samo na mestu uporabe.
Merilniki krvnega tlaka	redna, izredna	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Uradni list RS, št. 24/04 in 37/06)	Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Merilniki tlaka v pnevmatikah	prva redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Uradni list RS, št. 15/02 in 76/03)	Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Merilniki tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 79/15)	Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Naprave z valji za preverjanje zaviralne sile	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile (Uradni list RS, št. 91/09)	Overitev meril samo na mestu uporabe.

Dolžinska merila	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 10: Opredmetene mere (MI-008,) I. Poglavje: Dolžinska merila	Overitev samo v prostorih imenovane osebe.
Stroji za merjenje dolžine žice in kabla	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 11: Dimenzijska merila (MI-009), I. Poglavje: Stroji za merjenje dolžine žice in kabla	Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.

2. Identifikacijska številka imenovane osebe je 361.

3 Overitve meril v obsegu iz prve točke izreka te Odločbe mora imenovana oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije št. K-003 in prilogo k akreditacijski listini št. 3150-0028/10-0025 z dne 20. 3. 2025 ter v skladu z v prvi točki izreka te Odločbe navedenimi pravnimi predpisi. O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-003 in njenimi prilogami, mora imenovana oseba nemudoma obvestiti Urad.

4. Imenovana oseba mora v skladu z veljavnimi predpisi poravnati stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb.

5. Imenovana oseba mora:

- izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju,
- izvajati prve overitve in overitve skladno s predpisi in potrjenimi postopki,
- delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (akreditirane meroslovne storitve, od tega obvezno na področjih, kjer je pridobljena akreditacija, izpolnjevanje vseh zahtev standarda o usposobljenosti kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja,
- delovati v skladu z dobro poslovno prakso (nezavajajoče oglaševanje, seznanitev uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz njihove storitve, korektno nastopanje na trgu),
- nemudoma pisno obvestiti Urad o vseh spremembah (kot so spremembe v zvezi z obsegom akreditacije, postopki overjanja, opremo in osebjem), ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg imenovanja, vključno s spremembami v organizacijah iz drugega odstavka 3. člena pravilnika,
- vnašati v elektronsko bazo Urada sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih overitvah in overitvah ter druge s tem povezane podatke v skladu z navodili Urada,
- sproti obveščati Urad o vseh usposabljanjih za zunanje izvajalce, ki jih načrtuje na področju imenovanja,
- obvestiti Urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
- slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju imenovanja,
- sodelovati v programih preverjanja strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad,
- delovati v skladu z navodili urada

6. Ta Odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje.
7. Obseg imenovanja se objavi na spletni strani Urada.

Obrazložitev

Dne 22. 4. 2025 je imenovana oseba vložila zahtevo št. 6416-4/2025-2182/1 za spremembo obsega imenovanja za izvajanje overitev meril v obsegu:

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po razredih točnosti: (I) do 35 kg, (II) do 550 kg, (III) do 100 t, (III) do 100 t Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ in nima vgrajene funkcije za interno naravnavanje samo na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16 in 98/23) Priloga 8: Avtomatske tehtnice (MI-006), II. Poglavje: Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe
Avtomatske gravimetrično polnilne tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8: Avtomatske tehtnice (MI-006) III. Poglavje: Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	Nosilnost tehtnic do 2 t. Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Tehtnice za gradbene namene	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8, Avtomatske tehtnice (MI-006)	Nosilnost tehtnic do 10 t. Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.

Uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Uradni list RS, št. 20/02)	V laboratoriju: M2: 100 mg do 20 kg, M1: 1 mg do 20 kg, F2: 1 mg do 20 kg, F1: 1 mg do 20 kg, E2: 1 mg do 500 g. Na terenu: M2: 100 mg do 20 kg, M1: 100 mg do 20 kg
Uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5000 kg	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5000 kg (Uradni list RS, št. 20/02)	Na terenu: Uteži 500 kg za $n = 5000$.
Merila za merjenje izpušnih plinov vozil	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 12: Merilniki izpušnih plinov (MI-010)	Overitev meril samo na mestu uporabe.
Merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig (Uradni list RS, št. 106/01)	Overitev meril samo na mestu uporabe.
Merilniki krvnega tlaka	redna, izredna	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Uradni list RS, št. 24/04 in 37/06)	Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Merilniki tlaka v pnevmatikah	prva redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Uradni list RS, št. 15/02 in 76/03)	Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Merilniki tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 79/15)	Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Naprave z valji za preverjanje zaviralne sile	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile (Uradni list RS, št. 91/09)	Overitev meril samo na mestu uporabe.
Dolžinska merila	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 10: Opredmetene mere (MI-008,) I. Poglavje: Dolžinska merila	Overitev samo v prostorih imenovane osebe.

Stroji za merjenje dolžine žice in kabla	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 11: Dimenzijska merila (MI-009), I. Poglavje: Stroji za merjenje dolžine žice in kabla	Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
--	----------------	--	--

V predmetni zadevi gre za spremembo obsega akreditacije in posledično spremembo obsega imenovanja imenovane osebe zaradi prenehanja izvajanja EEC prvih overitev merilnikov tlaka v pnevmatikah, ki nosijo oznake in znake EEC v skladu s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Ur. list RS, št. 74/01 in 79/15) ter sprememb Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16 in 98/23).

Zahteva je vsebovala:

- ime firme in naslov vložnika zahteve,
- navedbo obsega, za katerega se imenovanje zahteva,
- navedbo predpisa, ki določa meroslovne zahteve za merila, za katera se imenovanje zahteva,
- podatke o odločbi o imenovanju,
- izjavo o veljavnostih zadnje potrjene verzije dokumentov poslovnika kakovosti, vnesenih v bazo MIRS-info,
- izjavo, da v obsegu svoje akreditirane meroslovne dejavnosti vložnik izdaja samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah ter
- sporočilo, da vložnik nima morebitnih podpogodbnikov.

S Sklepom št. 6416-4/2025-2182/4 z dne 24. 9. 2025 je bila imenovana strokovna komisija v sestavi Grega Kovačič, vodja ter članici mag. Dominika Rozoničnik in Simona Selič, z nalogo izvedbe postopka za imenovanje in priprave mnenja o tem, ali imenovana oseba izpolnjuje pogoje iz 3. člena pravilnika.

Strokovna komisija je vlogo s pripadajočo dokumentacijo preučila. Na podlagi pregleda dokumentacije je komisija ugotovila, da je bila vloga popolna in ustreza zahtevam 3. člena pravilnika.

Imenovana oseba je za navedena področja pridobila akreditacijsko listino K-003 in prilogo k akreditacijski listini št. 3150-0028/10-0025 z dne 20. 3. 2025. S to prilogo k akreditacijski listini ji izdajatelj priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012 tip C za izvajanje predmetnih overitev meril.

Skladno s 3. členom pravilnika je lahko za izvajanje prvih overitev oziroma overitev imenovana pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, če:

1. razpolaga s potrebnim strokovnim osebjem, ki je tehnično in strokovno usposobljeno, ima poklicno integriteto ter varuje poslovno tajnost vseh podatkov, s katerimi se seznani med opravljanjem svojih nalog,
2. razpolaga s potrebnimi tehničnimi sredstvi ter opremo,
3. ima zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz imenovanja,
4. je usposobljen za izvajanje prvih overitev oziroma overitev skladno s:
 - predpisom, ki določa meroslovne zahteve za merila v delu, za katerega se imenovanje zahteva,
 - predpisom o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti oziroma predpisom o postopku redne overitve meril,

5. izdaja v obsegu svoje akreditirane meroslovne dejavnosti samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah.

Če osebe imenovane osebe istočasno dela tudi v drugi organizaciji, ki se ukvarja z načrtovanjem, proizvodnjo, dobavo, montažo, uporabo ali vzdrževanjem meril, ki jih imenovana oseba overja, mora imenovana oseba zagotoviti in dokazati, da njeno osebje v tej organizaciji ne sodeluje pri načrtovanju, proizvodnji, dobavi, montaži, uporabi ali vzdrževanju teh meril.

Po pregledu zahtevi priložene dokumentacije, zapisov o nadzorih v preteklem obdobju, ostalih dokumentov, ki se nahajajo v bazi MIRS-info ter na osnovi drugih dostopnih informacij je strokovna komisija ugotovila, da je zahteva imenovane osebe za imenovanje za izvajanje overitev zadevnih vrst meril utemeljena. Strokovna komisija je zato izdala pozitivno mnenje št. 6416-4/2025-2182/4 z dne 25. 9. 2025 o upravičenosti spremembe obsega imenovanja.

Obveznost imenovane osebe, da v skladu z veljavnimi predpisi poravnava stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb izhaja iz 12. člena Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 124/06, 122/07, 62/10 in 8/16).

Identifikacijska številka imenovane osebe, ki je navedena v 2. točki izreka, je namenjena njeni identifikaciji pri overjanju meril.

V skladu z 9. in 10. členom pravilnika mora imenovana oseba izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju ter zagotavljati izpolnjevanje drugih obveznosti, navedenih v 5. točki izreka te Odločbe.

Skladno z drugim odstavkom 8. člena pravilnika se obseg imenovanja objavi na spletni strani Urada.

Glede na vse zgoraj navedeno se na podlagi 6. člena pravilnika zahtevi ugodi.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to Odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik ali elektronsko z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom pri Uradu RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan pritožbenega roka. Za pritožbo je treba poravnati upravno takso po tar. števil. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. [106/10](#) – uradno prečiščeno besedilo, [14/15](#) – ZUUJFO, [84/15](#) – ZZelP-J, [32/16](#), [30/18](#) – ZKZaš, [189/20](#) – ZFRO in [44/25](#) – ZDOsk-1B) v znesku 18,10 € na TRR št. 01100-1000315637 s sklicem 11 21822 - 7111002.

Taksa za vlogo v znesku 4,50 EUR po tar. št. 1 in taksa za izdajo odločbe v znesku 18,10 EUR po tar. št. 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. [106/10](#) – uradno prečiščeno besedilo, [14/15](#) – ZUUJFO, [84/15](#) – ZZelP-J, [32/16](#), [30/18](#) – ZKZaš, [189/20](#) – ZFRO in [44/25](#) – ZDOsk-1B) sta poravnani.

Postopek vodila:

mag. Grega Kovačič
sekretar

dr. Samo Kopač
direktor

Vročiti:

- LOTRIČ d. o. o., Selca 163, 4227 Selca, vročitev po ZUP

Vložiti:

- zbirka dokumentarnega gradi