



Reg. št. / Ref. No.: 3150-0002/12-0020

Velja od / Valid as of: 27. marec 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 27. februar 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI *Annex to Accreditation Certificate*

LP-099

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

LOTRIČ Meroslovje d.o.o. / *LOTRIČ Metrology Ltd.*
Selca 163, 4227 Selca

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja / Testing fields with reference to the type of test:

- fizikalno preskušanje / *physical testing*
- mikrobiologija / *microbiology*

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item:

- industrijski materiali in proizvodi / *industrial materials and products*
- stroji, oprema / *machinery and equipment*

- predmeti splošne uporabe (osebna zaščitna oprema) / objects of general use (personal protective equipment)

Kopija priloge za objavo na spletnem mestu. / Copy of attachment for web publishing.



3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 LOTRIČ Meroslovje d.o.o. / LOTRIČ Metrology Ltd., Selca 163, 4227, Selca

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: fizikalno preskušanje / Testing fields with reference to the type of test: physical testing Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: industrijski materiali in proizvodi / Testing fields with reference to the type of test item: industrial materials and products					
Št. No.	Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo preskušanja <i>Identification of the document, describing the testing method</i>	Preskušana lastnost ozziroma parameter <i>Characteristic or parameter tested</i>	Opredelitev preskusa (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) <i>Description of test (type of test, test principle or technique)</i>	Območje preskušanja <i>Range of testing</i>	Preskušanci (materiali, proizvodi) <i>Items tested (materials, products)</i>
1.	ML10P139 – 20231113 Interni metoda <i>In-house method:</i>	Dimenzijske, oblike, položaje in njihove kombinacije <i>Dimensions, forms, positions and their combinations</i>	Meritve na tri osnem (3D) merilnem stroju z dotikalnim senzorjem <i>Measurements using 3D coordinate measuring machine with touch trigger probe</i>	območje do: <i>range to:</i> (1000 x 700 x 660) mm ³ merilna negotovost: <i>uncertainty:</i> 1,6 µm + 6,5 · 10 ⁻⁶ · L <i>L</i> - merjena dolžina v <i>measured length in:</i> mm	izdelki različnih oblik <i>products of various shapes</i>
2.	ML10P139 – 20231113 Interni metoda <i>In-house method:</i>	Dimenzijske, oblike, položaje in njihove kombinacije <i>Dimensions, forms, positions and their combinations</i>	Meritve na dve osnem (2D) optičnem merilnem stroju <i>Measurements using 2D optical measuring machine</i>	območje do: <i>range to:</i> (300 x 200) mm ² merilna negotovost: <i>uncertainty:</i> 3,2 µm + 9,5 · 10 ⁻⁶ · L <i>L</i> - merjena dolžina v <i>measured length in:</i> mm	izdelki različnih oblik <i>products of various shapes</i>
3.	ML10P139 – 20231113 Interni metoda <i>In-house method</i>	Zunanji in notranji premeri ter razdalje med ploskvami <i>Internal and external diameters and distances between surfaces</i>	Meritve z dvotočkovnim merjenjem <i>Measurements with a two-point measurement</i>	območje do: <i>range to:</i> 1000 mm merilna površina: <i>measuring area:</i> < 150 mm x 150 mm merilna negotovost: <i>uncertainty:</i> 0,9 µm + 7 · 10 ⁻⁶ · L <i>L</i> - merjena dolžina v: <i>measured length in:</i> mm	izdelki različnih oblik <i>products of various shapes</i>
4.	ML10P139 – 20231113 Interni metoda <i>In-house method</i>	Ravninski in prostorski kot <i>Plane and solid angle</i>	Meritve na tri osnem (3D) merilnem stroju z dotikalnim senzorjem <i>Measurements using 3D coordinate measuring machine with touch trigger probe</i>	območje do: <i>range to:</i> 360° merilna negotovost <i>uncertainty:</i> 1,5'	izdelki različnih oblik <i>products of various shapes</i>
5.	ML10P139 – 20231113 Interni metoda <i>In-house method</i>	Ravninski kot <i>Plane angle</i>	Meritve na dve osnem (2D) optičnem merilnem stroju <i>Measurements using 2D optical measuring machine</i>	območje do: <i>range to:</i> 360° merilna negotovost: <i>uncertainty:</i> 2,5'	izdelki različnih oblik <i>products of various shapes.</i>



Tabela / Table 2

<p>Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed Mesto izvajanja: na terenu / Site: on site Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: fizikalno preskušanje / Testing fields with reference to the type of test: physical testing Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: stroji, oprema / Testing fields with reference to the type of test item: machinery, equipment</p>					
Št. No.	Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo preskušanja <i>Identification of the document, describing the testing method</i>	Preskušana lastnost ozziroma parameter <i>Characteristic or parameter tested</i>	Opredelitev preskusa (vrsta, princip ozziroma tehnika preskusa) <i>Description of test (type of test, test principle or technique)</i>	Območje preskušanja <i>Range of testing</i>	Preskušanci (materiali, proizvodi) <i>Items tested (materials, products)</i>
6.	ISO 14644-3:2019	<p>a) hitrost zraka b) pretok zraka in frekvence izmenjave zraka c) smer/vzorec gibanja zračnega toka d) tlačna razlika e) prepustnost nameščenih filterov f) temperatura in relativna vлага</p> <p><i>a) air velocity b) airflow and air exchange rate c) direction / pattern of movement of airflow d) pressure difference e) installed filter leakage f) temperature and humidity</i></p>	<p>a) meritev z merilnikom hitrosti zraka b) meritev z merilnikom hitrosti zraka in/ali merilno napo c) vizualizacija zračnega toka z generiranjem megle d) meritev z merilnikom tlaka e) meritev s števcem delcev f) meritev s termometrom ozziroma vlagomerom</p> <p><i>a) with anemometer measurement b) measurement with anemometer and/or flow hood c) visualisation with tracer injection method d) manometer measurement e) particle counter measurement f) thermohygrometer measurement</i></p>	<p>Hitrost zraka: <i>Air velocity:</i> (0,2 do / to 40) m/s</p> <p>Pretok zraka: <i>Airflow:</i> (40 do / to 100000) m³/h</p> <p>Tlačna razlika do: <i>Pressure difference to:</i> 2500 Pa</p> <p>Prepustnost filterov do razreda: <i>Filter leakage up to class:</i> U17 (EN 1822-1)</p> <p>Temperatura: <i>Temperature:</i> (- 40 do / to 80) °C</p> <p>Relativna vлага <i>Humidity:</i> (5 do / to 95) %RH</p>	<p>čiste sobe in podobna nadzorovana okolja, aseptične komore (kabineti z laminarnim zračnim tokom) <i>cleanrooms and associated controlled environments, aseptic (laminar flow chambers)</i></p>
7.	ISO 14644-1:2015	Koncentracija delcev <i>Particle concentration</i>	<p>Meritev s števcem delcev <i>Measurement with particle counter</i></p> <p>za ISO razrede <i>for ISO Classes:</i> od / from 2 do / to 9</p> <p>najmanjši merljivi delci <i>smallest particle size detection:</i> ≥ 0,3 µm</p>		<p>čiste sobe in podobna nadzorovana okolja, aseptične komore (kabineti z laminarnim zračnim tokom) <i>cleanrooms and associated controlled environments, aseptic (laminar flow chambers)</i></p>
8.	Smernice EU dobre proizvodne prakse zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini – Proizvodna sterilnih zdravil (izdaja 4: 2022), priloga 1 <i>EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use – Manufacture of Sterile Medicinal Products (Volume 4: 2022), Annex 1</i>	Koncentracija delcev <i>Particle concentration</i>	<p>Meritev s števcem delcev <i>Measurement with particle counter</i></p>	<p>EU DPP razredi: <i>EU GMP grade:</i> od / from A do / to D</p>	<p>čiste sobe in podobna nadzorovana okolja, aseptične komore (kabineti z laminarnim zračnim tokom) <i>cleanrooms and associated controlled environments, aseptic (laminar flow chambers)</i></p>



Tip obsega: **fiksni** / Type of scope: **fixed**

Mesto izvajanja: **na terenu** / Site: **on site**

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: **fizikalno preskušanje** / Testing fields with reference to the type of test: **physical testing**

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: **stroji, oprema** / Testing fields with reference to the type of test item: **machinery, equipment**

Št. No.	Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo preskušanja <i>Identification of the document, describing the testing method</i>	Preskušana lastnost ozziroma parameter <i>Characteristic or parameter tested</i>	Opredefitiv preskusa (vrsta, princip ozziroma tehnika preskusa) <i>Description of test</i> (type of test, test principle or technique)	Območje preskušanja <i>Range of testing</i>	Preskušanci (materiali, proizvodi) <i>Items tested</i> (materials, products)
9.	EN 14175-4:2004, poglavlja 5 do 8 <i>chapters 5 to 8</i>	a) vstopna hitrost zraka b) pretok zraka c) padec tlaka d) smer / vzorec gibanja zračnega toka e) zvočni tlak f) osvetljenost a) face velocity b) extract volume flow rate c) pressure drop d) direction / pattern of movement of airflow e) sound pressure f) illuminance	a) meritev z merilnikom hitrosti zraka b) meritev z merilnikom tlaka c) vizualizacija z generiranjem megle d) preskus alarmov s simulacijo napak e) meritev z merilnikom zvočnega tlaka f) meritev z merilnikom osvetljenosti a) anemometer measurement b) manometer measurement c) visualisation with tracer injection method d) alarm system test with simulation of errors e) phonometer measurement f) luxmeter measurement		digestoriji <i>fume cupboards</i>
10.	EN 12469:2000, Aneks D, G, H točka 6, tabela 5 <i>Annex D, G, H point 6, table 5</i>	a) pretok zraka b) vstopna hitrost zraka c) prepustnost nameščenih filtrsov a) airflow b) downflow and inflow velocity c) installed filter leakage	a) meritev z merilnikom hitrosti zraka (tabela H.1) b) meritev s števcem delcev c) vizualizacija z generiranjem megle a) anemometer measurement (table H.1) b) particle counter measurement c) visualisation with tracer injection method	za razrede <i>for Classes:</i> I, II	mikrobiološki zaščitni kabинeti <i>microbiological safety cabinets</i>

3.2.2 LOTRIČ Meroslovje d.o.o. / LOTRIČ Metrology Ltd., PE ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228, Železniki

Tabela / Table 3

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: fizikalno preskušanje / Testing fields with reference to the type of test: physical testing Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: industrijski materiali in proizvodi / Testing fields with reference to the type of test item: industrial materials and products					
Št. No.	Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo preskušanja <i>Identification of the document, describing the testing method</i>	Preskušana lastnost ozziroma parameter <i>Characteristic or parameter tested</i>	Opredelitev preskusa (vrsta, princip ozziroma tehnika preskusa) <i>Description of test (type of test, test principle or technique)</i>	Območje preskušanja <i>Range of testing</i>	Preskušanci (materiali, proizvodi) <i>Items tested (materials, products)</i>
11.	ML10P176 – 20231110 Interna metoda <i>In-house method:</i>	Hrapavost – parameter R_a <i>Roughness – parameter R_a</i>	Meritve z merilnikom hrapavosti z dotikalnim senzorjem <i>Measurements using roughness instrument with contact probe</i>	območje do range to: 5 µm merilna negotovost uncertainty: 0,1 µm + 9·10 ⁻² · R_a	izdelki različnih oblik <i>products of various shapes</i>
		Hrapavost – parameter R_z <i>Roughness – parameter R_z</i>		območje do range to: 25 µm merilna negotovost uncertainty: 0,15 µm + 9·10 ⁻² · R_z	
		Hrapavost – parameter R_{max} <i>Roughness – parameter R_{max}</i>		območje do range to: 25 µm merilna negotovost uncertainty: 0,2 µm + 9·10 ⁻² · R_{max}	

Kopija priloge za objavo na spletnem mestu. / Copy of attachment for web publishing.

Tabela / Table 4



Tip obsega: **fiksni** / Type of scope: **fixed**

Mesto izvajanja: **v laboratoriju** / Site: **in the laboratory**

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: **fizikalno preskušanje** / Testing fields with reference to the type of test: **physical testing**

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: **predmeti splošne uporabe (osebna zaščitna oprema)** / Testing fields with reference to the type of test item: **objects of general use (personal protective equipment)**

Št. No.	Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo preskušanja <i>Identification of the document, describing the testing method</i>	Preskušana lastnost ozziroma parameter <i>Characteristic or parameter tested</i>	Opredelitev preskusa (vrsta, princip ozziroma tehnika preskusa) <i>Description of test (type of test, test principle or technique)</i>	Območje preskušanja <i>Range of testing</i>	Preskušanci (materiali, proizvodi) <i>Items tested (materials, products)</i>
12.	EN 149:2001+A1:2009	<ul style="list-style-type: none"> a) oznake in informacije, opis maske, materiali b) uporabnost v praksi c) celotno puščanje navznoter d) gorljivost e) vsebnost CO₂ v vdihanem zraku f) trdnost pritrditve ohišja izdišnega ventila g) upornost pri dihanju h) zamašitev (dolomitni prah) <ul style="list-style-type: none"> a) <i>labels and information, description of the mask, materials</i> b) <i>practical performance</i> c) <i>total inward leakage</i> d) <i>flammability</i> e) <i>CO₂ content of the inhalation air</i> f) <i>strength of attachment of exhalation valve housing</i> g) <i>breathing resistance</i> h) <i>clogging (dolomite dust)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a) vizualni pregled b) subjektivni preskus s strani uporabnikov c) meritev razlike koncentracije aerosola znotraj in zunaj maske s simulacijo uporabe d) izpostavitev plamenu e) merjenje koncentracije CO₂ znotraj maske na modelu glave f) preskus trdnosti pri statični obremenitvi g) meritev razlike tlaka znotraj in zunaj maske na modelu glave h) preskus upornosti pri dihanju in prepustnosti filtracijskega materiala po izpostavitvi maske na modulu glave v prašni atmosferi <ul style="list-style-type: none"> a) <i>visual inspection</i> b) <i>subjective test by user</i> c) <i>measurement of the difference in aerosol concentration inside and outside the mask by wearing simulation</i> d) <i>exposure to flame</i> e) <i>measurement of the CO₂ concentration inside the mask on a dummy head</i> f) <i>static strength test</i> g) <i>measurement of the pressure differential inside and outside the mask on a dummy head</i> h) <i>breathing resistance and penetration of filter material after exposure of the mask to dusty atmosphere on a dummy head</i> 		oprema za varovanje dihal - polobrazne maske za zaščito pred delci <i>respiratory protective devices - filtering half masks to protect against particles</i>

Kopija priloge za objavo

Attachment for web publishing



Tip obsega: **fiksni** / Type of scope: **fixed**

Mesto izvajanja: **v laboratoriju** / Site: **in the laboratory**

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: **fizikalno preskušanje** / Testing fields with reference to the type of test: **physical testing**

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: **predmeti splošne uporabe (osebna zaščitna oprema)** / Testing fields with reference to the type of test item: **objects of general use (personal protective equipment)**

Št. No.	Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo preskušanja <i>Identification of the document, describing the testing method</i>	Preskušana lastnost ozziroma parameter <i>Characteristic or parameter tested</i>	Opredelitev preskusa (vrsta, princip ozziroma tehnika preskusa) <i>Description of test (type of test, test principle or technique)</i>	Območje preskušanja <i>Range of testing</i>	Preskušanci (materiali, proizvodi) <i>Items tested (materials, products)</i>
13.	EN 140:1998	a) oznake in informacije, opis maske, materiali b) odpornost na temperaturo c) gorljivost d) uporabnost po čiščenju in dezinfekciji e) trdnost naglavnih pasov f) trdnost in ustreznost priključkov g) ustreznost izdišnega ventila h) vsebnost CO ₂ v vdiharem zraku i) upornost pri dihanju j) puščanje navznoter k) uporabnost v praksi	a) vizualni pregled b) izpostava klimatskim pogojem c) izpostavitev plamenu d) funkcionalni preskus e) preskus z vlečenjem na modelu glave f) preskus z vlečenjem, vizualna ocena, kontrola s kalibri g) izpostavitev pretoku zraka na modelu glave in preskus trdnosti pri statični obremenitvi h) merjenje koncentracije CO ₂ znotraj maske na modelu glave i) meritev razlike tlaka znotraj in zunaj maske na modelu glave j) meritev razlike koncentracije aerosola znotraj in zunaj maske s simulacijo uporabe k) subjektivni preskus strani uporabnikov		oprema za varovanje dihal - polobrazne in četrtniske maske <i>respiratory protective devices - half masks and quarter masks</i>

Kopija priloge za objavo na spletnem mestu / attachment for web publishing



Tip obsega: **fiksni** / Type of scope: **fixed**

Mesto izvajanja: **v laboratoriju** / Site: **in the laboratory**

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: **fizikalno preskušanje** / Testing fields with reference to the type of test: **physical testing**

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: **predmeti splošne uporabe (osebna zaščitna oprema)** / Testing fields with reference to the type of test item: **objects of general use (personal protective equipment)**

Št. No.	Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo preskušanja <i>Identification of the document, describing the testing method</i>	Preskušana lastnost ozziroma parameter <i>Characteristic or parameter tested</i>	Opredelitev preskusa (vrsta, princip ozziroma tehnika preskusa) <i>Description of test (type of test, test principle or technique)</i>	Območje preskušanja <i>Range of testing</i>	Preskušanci (materiali, proizvodi) <i>Items tested (materials, products)</i>
14.	EN 136:1998	<ul style="list-style-type: none"> a) oznake in informacije, opis maske, materiali b) odpornost na temperaturo c) gorljivost d) odpornost na topotno sevanje e) uporabnost po čiščenju in dezinfekciji f) trdnost naglavnih pasov g) trdnost in ustreznost priključkov h) ustreznost govorne membrane i) ustreznost okularja / vizirja j) ustreznost vdišnega in izdišnega ventila k) tesnost maske l) vsebnost CO₂ v vdiharem zraku m) upornost pri dihanju n) puščanje navznoter o) zmanjšanje vidnega polja p) uporabnost v praksi 	<ul style="list-style-type: none"> a) vizualni pregled b) izpostava klimatskim pogojem c) izpostavitev plamenu d) izpostavitev topotnemu sevanju s simulacijo na modelu glave e) funkcionalni preskus f) preskus z vlečenjem na modelu glave g) preskus z vlečenjem, vizualna ocena, kontrola s kalibri h) preskus s tlakom in vlečno silo i) preskus padca z jekleno kroglico na modelu glave j) izpostavitev pretoku zraka na modelu glave in preskus trdnosti pri statični obremenitvi k) preskus s podtlakom na modelu glave l) merjenje koncentracije CO₂ znotraj maske na modelu glave m) meritev razlike tlaka znotraj in zunaj maske na modelu glave n) meritev razlike koncentracije aerosola znotraj in zunaj maske s simulacijo uporabe o) meritev razlike med celotnim in prekrivajočim se vidnim poljem p) subjektivni preskus s strani uporabnikov 		oprema za varovanje dihal - obrazne maske <i>respiratory protective devices – full face masks</i>

Kopija priloge za objavo na spletnem mestu / Attachment for web publishing



Tip obsega: **fiksni** / Type of scope: **fixed**

Mesto izvajanja: **v laboratoriju** / Site: **in the laboratory**

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: **fizikalno preskušanje** / Testing fields with reference to the type of test: **physical testing**

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: **predmeti splošne uporabe (osebna zaščitna oprema)** / Testing fields with reference to the type of test item: **objects of general use (personal protective equipment)**

Št. No.	Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo preskušanja <i>Identification of the document, describing the testing method</i>	Preskušana lastnost ozziroma parameter <i>Characteristic or parameter tested</i>	Opredelitev preskusa (vrsta, princip ozziroma tehnika preskusa) <i>Description of test (type of test, test principle or technique)</i>	Območje preskušanja <i>Range of testing</i>	Preskušanci (materiali, proizvodi) <i>Items tested (materials, products)</i>
		l) the CO ₂ content of inhaled air m) breathing resistance n) inward leakage o) narrowing of the field of vision p) practical performance	l) measurement of the CO ₂ concentration inside the mask on a dummy head m) measurement of the pressure differential inside and outside the mask on a dummy head n) measurement of the aerosol concentration and difference inside and outside the mask by wearing simulation o) measurement of the difference between total and overlapped field of vision p) subjective test by user		
15.	EN 13274-7:2019 (v povezavi z / in connection with: EN 149:2001+A1:2009)	- prepustnost filtracijskega materiala <i>penetration of filter material</i>	- meritev razlike koncentracije aerosola zunanj in zunaj maske - measurement of the difference in aerosol concentration inside and outside the mask		oprema za varovanje dihal - polobrazne maske za zaščito pred delci <i>respiratory protective devices – filtering half masks to protect against particles</i>
16.	EN 14683:2019 (razen točka / except chapter: 5.2.6)	a) materiali, konstrukcija, oblikovanje b) učinkovitost bakteriološke filtracije - BFE c) upornost pri dihanju (zračna prepustnost) a) materials, constructions, design b) bacterial filtration efficiency – BFE c) breathability (air permeability)	a) vizualni pregled b) določanje števila bakterij pri prehajjanju skozi masko c) meritev razlike tlaka zunaj in zunaj maske a) visual inspection b) determining the number of bacteria passing through the mask c) measurement of the pressure differential outside and inside the mask		medicinske maske za obraz <i>medical face masks</i>

Kopija priloge za objavo na spletinem mestu / Copy of annex for attachment for web publishing



Tabela / Table 5

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed Mesto izvajanja: v laboratoriju / Site: in the laboratory Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: mikrobiologija / Testing fields with reference to the type of test: microbiology Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: predmeti splošne uporabe (osebna zaščitna oprema) / Testing fields with reference to the type of test item: objects of general use (personal protective equipment)					
Št. No.	Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo preskušanja <i>Identification of the document, describing the testing method</i>	Preskušana lastnost oziroma parameter <i>Characteristic or parameter tested</i>	Opredelitev preskusa (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) <i>Description of test (type of test, test principle or technique)</i>	Območje preskušanja <i>Range of testing</i>	Preskušanci (materiali, proizvodi) <i>Items tested (materials, products)</i>
17.	ISO 22609:2004 (v povezavi z / in connection with: EN 14683:2019)	- odpornost na brizg - splash resistance	- vizualna ocena penetracije tekočine - visual assessment of penetration of a liquid		medicinske maske za obraz medical face masks
18.	ISO 11737-1:2018 / Amd 1:2021 (v povezavi z / in connection with: EN 14683:2019)	- čistost na mikrobe - microbial cleanliness – bioburden	- določanje števila CFU - determination of CFU		medicinske maske za obraz medical face masks

Opombe / Notes:

- V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki "Območje preskušanja" ni navedenih podatkov, veljajo določila posameznih standardov oziroma drugih javno dostopnih dokumentov, ki opisujejo metodo.
In all columns of the scope of accreditation where the cells under "Range of testing" are empty, the provisions of the relevant standards or other publicly available documents describing testing methods should apply.

Kopija priloge za objavo na spletnem mestu. / Copy of attachment for web publishing.

Datum / Date: 27.3.2024

Direktor / Director

Dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.
Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.