



BOSNIA AND HERZEGOVINA
INSTITUTE OF METROLOGY
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Broj: UP 05.1-46-6-BS-127-6/21
Sarajevo, 07.12.2021.godine

Na osnovu člana 15. stav 2, Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 19/01), člana 61. stav 2. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 197. Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), te u skladu sa Pravilnikom o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama („Službeni glasnik BiH“, broj 75/14), a po zahtjevu LOTRIČ CONTROL d.o.o., Sv. Leopolda Mandića 9, 88000 Mostar, BiH, direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine donosi:

RJEŠENJE
o imenovanju laboratorije

1. Ovim Rješenjem imenuje se LOTRIČ CONTROL d.o.o., Sv. Leopolda Mandića 9, 88000 Mostar, BiH, za obavljanje poslova verifikacije mjerila mase, mjerila dužine i mjerila krvnog pritiska prema tabeli iz tačke 2 koja je u prilogu ovog rješenja.
2. Rješenje o imenovanju laboratorije sa prilogom koji je sastavni dio ovog rješenja važi do 07.12.2023. godine.
3. Nadzor nad radom imenovane laboratorije vršit će Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut) najmanje jedanput godišnje, na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o mjeriteljstvu BiH i Pravilnika o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama.
4. Imenovana laboratorija je obavezna da vodi evidenciju verifikovanih mjerila i dva puta mjesečno dostavlja izvještaj o izvršenoj verifikaciji elektronskim putem e-mail: verifikacijamjerila@met.gov.ba.
5. Imenovanoj laboratoriji dodjeljuju se verifikacione oznake brojem D13 za mjerila dužine, M13 za mjerila mase i Z13 za mjerila krvnog pritiska.
6. Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

LOTRIČ CONTROL d.o.o., Sv. Leopolda Mandića 9, 88000 Mostar, BiH, podnio je Institutu zahtjev za izdavanje rješenja o imenovanju laboratorije za verifikaciju mjerila mase, mjerila dužine i mjerila krvnog pritiska, sa pratećom dokumentacijom, zaveden pod brojem: UP 05.1-46-6-127-1/21 od 06.10.2021. godine.

Uz zahtjev su dostavljeni sljedeći dokumenti: kopija registracionog lista pravnog lica, certifikat o akreditaciji laboratorije u skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17020 za oblast imenovanja, dokumentovane verifikacione metode koje su predmet imenovanja, kopije izvještaja o verifikaciji za svaku prijavljenu oblast, certifikate o kalibraciji, etalona i mjernih instrumenata, poslovnik o kvalitetu laboratorije po kriterijima standarda BAS EN ISO/IEC 17020, spisak osoblja laboratorije sa njihovim kvalifikacijama i funkcijama.

U skladu sa Pravilnikom o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama („Službeni glasnik BiH“, broj 75/14), od strane direktora Instituta, imenovana je Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova u laboratoriji u kojoj se vrši verifikacija mjerila, rješenje broj: 05.1-46-6-FD-127-2/21 od 21.10.2021.



godine, sa zadatkom da utvrdi kompetentnost laboratorije za poslove verifikacije mjerila. Nadalje, Komisija je pregledala zahtjev i utvrdila kompletnost dokumentacije koju moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova verifikacije mjerila mase, mjerila dužine i mjerila krvnog pritiska, te je dana 30.11.2021. godine, radi utvrđivanja činjenica neposrednim zapažanjem, provela ocjenjivanje u prostorijama podnosioca zahtjeva.

U provedenom postupku je utvrđeno da laboratorija za verifikaciju mjerila LOTRIČ CONTROL d.o.o., ispunjava uslove propisane odredbama člana 4. Pravilnika o imenovanim mjeriteljskim laboratorijima, te utvrdila:


- (1) Da je Laboratorija akreditirana kod Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine – BATA, prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC17020:2013., inspeksijsko tijelo tip C (Certifikat br. IN-85-02 od 08.09.2021.).
- (2) Da je tehnički rukovodilac laboratorije Bojan Jozić za oblast mase i dužine i Željko Bilušić za oblast mjerila krvnog pritiska, a rukovodilac za kvalitet je Darijo Jandrić.
- (3) Da su tehnički rukovodilac laboratorije kao i svi uposleni upoznati sa postupkom ispitivanja i verifikacije mjerila mase, mjerila dužine i mjerila krvnog pritiska, održavanja mjerne i druge opreme, te se obavezuje da će se u poslovanju laboratorije pridržavati Zakona o mjeriteljstvu BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 19/01), podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o mjeriteljstvu BiH; podzakonskih akata koji su ostali na pravnoj snazi iz SFRJ i međunarodnih preporuka za zakonsko mjeriteljstvo.
- (4) Da laboratorija posjeduje certifikate o kalibraciji za radne etalone.

Slijedom svega navedenog Komisija je izradila Izvještaj sa ocjenjivanja broj: 05.1-46-6-BS-127-5/21 od 02.12.2021. godine, na osnovu kojeg je ovaj organ u provedenom postupku utvrdio da LOTRIČ CONTROL d.o.o., ispunjava uslove za imenovanje laboratorije, a sve u skladu sa članom 15. stav 2. Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine i Pravilnika o imenovanim mjeriteljskim laboratorijima, te je odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

Sastavni dio ovog rješenja je prilog u kojem je dat spisak zaposlenog osoblja i specificirani opseg rada laboratorije.

Administrativna taksa po tarifi koja je propisana Zakonom o administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksi sa relevantnim izmjenama i dopunama („Službeni glasnik BiH“, broj: 16/02, 19/02, 43/04, 08/06, 76/06, 76/07, 03/08, 42/08, 03/10, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 53/17, 62/17, 73/17, 68/19 i 18/20) u iznosu 5,00 KM i 15,00 KM, naplaćena je od podnosioca zahtjeva.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od šezdeset (60) dana od dana prijema ovog rješenja



DIREKTOR

Dr sc. Zijad Džemić, Dipl.-Ing.

Dostavljeno:

- Imenovanoj laboratoriji
- a/a



PRILOG I: Spisak zaposlenog osoblja i opsega aktivnosti verifikacije

1. SPISAK ZAPOSLENOG OSOBLJA

	IME I PREZIME	Radno mjesto	Stručna sprema
1.	Mario Sopta	Rukovodilac laboratorije/ Mjeritelj	SSS
2.	Bojan Jozić	Tehnički rukovodioc laboratorije (oblast masa i dužina)/ Mjeritelj	SSS
3.	Željko Bilušić	Tehnički rukovodioc laboratorije (oblast krvni pritisak)	SSS
4.	Darijo Jandrić	Rukovodilac (predstavnik) kvaliteta/ Mjeritelj	VSS
5.	Primož Hafner	Zamjenik rukovodioca (predstavnika) za kvalitet	SSS
6.	Igor Prskalo	Mjeritelj	SSS
7.	Ivo Krešić	Mjeritelj	VSS
8.	Albin Oreč	Mjeritelj	SSS

2. SPECIFICIRANI OPSEG RADA LABORATORIJE

2.1. MJERILA MASE:

	Predmet verifikacije	Mjerni opseg	Napomena
1.	Neautomatske vage klase tačnosti I, II, III i IIII	- Klase tačnosti I: do 1 kg, - Klase tačnosti II: 5 kg; za vage sa $n \leq 50.000$ do 40 kg), - Klase tačnosti III i IV do 80 t, uz upotrebu zamjenskog tereta * <i>*za vage preko 80 t, uz uvjet ponovljivosti($\leq 0, 3e$ do 120 t)</i>	Radni etaloni osigurani od strane Lotrič Control 10 t i dodatnih 10 t, te putem iznajmljivanja dodatnih 20 t.
2.	Tegovi klase tačnosti M_1 i M_2	1 mg do 20 kg	
3.	Automatske vage za pojedinačno vaganje	2 g do 30 kg	
4.	Vage za građevinske svrhe	Klase tačnosti 1, 2, 3 do 10 t	Max masa obezbjeđena etalonskim tegovima

2.2. MJERILA DUŽINE:

	Mjerila	Područje	Napomena
1.	Mjerila dužine opće namjene (Jednodijelna kruta i polukruta)	0,5 m do 5 m; kruta mjerila do 2 m	
2.	Mašine za mjerenje dužine žice i kabla		



2.3. MJERILA PRITISKA:

	Mjerila	Područje	Napomena
1.	Mjerila za mjerenje krvnog pritiska	0 mmHg do 300 mmHg, (0 kPa do 40 kPa)	

Napomena 1: Tehnički rukovodilac laboratorije je dužan da o svakoj promjeni zaposlenog osoblja, etalonske i druge mjerne opreme u pisanoj formi obavijesti Odsjek za imenovanje laboratorija, verifikaciju i nadzor Instituta za mjeriteljstvo BiH.